




JBL - Proflora CO2 Calibration Set

JB646520



Kit complet pour l'étalonnage d'électrodes de pH. Solution d'étalonnage pH 7 et pH 4, eau distillée et éprouvettes.

Familles	JB3315
Poids (kg)	0.33
Longueur (cm)	8.6
Largeur (cm)	8.6
Hauteur (cm)	13.5



4014162646521

Kit complet pour l'étalonnage et la conservation d'électrodes de pH. Usage professionnel d'électrodes à pH pour aquarium : kit complet pour étalonnage, nettoyage et maintenance. Utilisation simple : remplir les éprouvettes de solutions tampons. Plonger les électrodes de pH dans les solutions d'étalonnage en suivant le mode d'emploi, puis les rincer. Les électrodes de pH doivent être réajustées (étalonnées) tous les 30 à 60 jours maximum. Pour cela, on les plonge dans des liquides d'étalonnage avec un pH déterminé et l'appareil se réajuste ensuite. Chaque étalonnage n'utilise que 5 à 10 ml de liquide d'étalonnage. Rincer ensuite toujours avec de l'eau distillée (fournie dans le kit).